



INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

Zadavatel/ředitel: Ing. Michal Stiborek, MBA

Vyřizuje: Oddělení veřejných zakázek

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Institut klinické a experimentální medicíny**

Zastoupený: Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

Adresa: Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

IČ: 00023001

Název veřejné zakázky: **Atomová absorpční spektrometrie**

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, která je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Interní evidenční číslo IKEM: **PZ-2022-0000142**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů účastníků doručených dne
2. 5. 2022

Toto vysvětlení včetně příloh je uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna kompletní zadávací dokumentace. Veškeré zkratky a pojmy zavedené v zadávacích podmínkách mají v tomto dokumentu stejný význam.

Dotaz č. 1

- Atomový absorpční spektrometr s plamenovou atomizací vyžaduje ke svému provozu stlačený vzduch, který může být dodán z centrálních rozvodů v laboratoři zadavatele, nebo pomocí bezolejového vzduchového kompresoru spojeného se spektrometrem. Má být odpovídající vzduchový kompresor součástí dodávky spektrometru?
- Zadavatel zmiňuje záměr měření Cu a Zn, neuvádí však, zda mají být katodové výbojky pro tyto prvky součástí dodávky nebo zda zadavatel počítá s využitím stávajících katodových výbojek?
- Zadavatel vyžaduje přístroj s titanovým hořákem. Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, jenž nabídne spektrometr s hořákem ze slitiny kovů s obsahem titanu, nebo se skutečně musí jednat o celotitanový hořák?
- Zadavatel požaduje BTK. Mají být součástí BTK také elektro revize nebo jsou elektro revize zajišťovány zadavatelem?

Odpověď č. 1

- V laboratoři zadavatele je vzduchový kompresor dostupný, nicméně je nutná jeho technická kontrola a možnost kompatibility s nabízeným atomovým absorpčním spektrometrem. V případě nekompatibility zadavatel požaduje, aby vzduchový kompresor byl součástí dodávky.
- Zadavatel požaduje katodové výbojky pro měření Cu a Zn dodat jako součást přístroje.
- Zadavatel bude akceptovat také nabídku hořáku ze slitiny kovů.
- Zadavatel požaduje splnění BTK kontrol a validaci přístroje dle Servisní smlouvy, která tvoří přílohu č. 5. těchto ZP. Konkrétně však elektro revize jsou zajišťovány zadavatelem.

Zadavatel nepovažuje tyto informace za úpravu zadávacích podmínek a neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 4. 5. 2022

Ing. Žaneta Cibochová
vedoucí oddělení veřejných zakázek

INSTITUT
KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY
ÚSEK INVESTIC A INVESTIČNÍ VÝSTAVBY
Vedoucí Oddělení veřejných zakázek
140 21 PRAHA 4 - KRČ, Vídeňská 1958/9